

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| Меры предосторожности | 2 |
| Общие сведения..... | 2 |
| Включение..... | 3 |
| Выключение..... | 3 |
| Состояние элементов питания..... | 4 |
| Меню..... | 4 |
| Содержание меню..... | 5 |
| Измерение содержания нитратов..... | 6 |
| Маркировка и пломбирование..... | 9 |
| Упаковка..... | 10 |
| Транспортирование и хранение..... | 10 |
| Техническое обслуживание..... | 10 |
| Текущий ремонт..... | 10 |
| Комплектность..... | 10 |
| Свидетельство о приемке и продаже..... | 11 |
| Гарантии изготовителя..... | 11 |

Меры предосторожности

Корпус изделия не является водонепроницаемым, поэтому изделие нельзя использовать под дождем или помещать его в воду. Если в изделие попала вода, необходимо выключить его, протереть мягкой тканью, поместить в теплое сухое помещение и просушить до полного удаления влаги из внутреннего объема изделия.

При быстром переносе изделия с холода в тёплое помещение на нём и на внутренних деталях может образоваться конденсат. Для его предотвращения предварительно поместите изделие в закрытый пластиковый пакет. Не вынимайте изделие из пакета, пока оно не нагреется до температуры окружающей среды.

Во избежание повреждения изделия не используйте его, если на нем образовался конденсат. В этом случае извлеките из изделия аккумулятор и подождите, пока конденсат испарится. Изделием можно пользоваться только после испарения конденсата.

Нельзя помещать изделие в СВЧ печи.

Не оставляйте изделие на продолжительное время под воздействием прямого солнечного и флуоресцентного света.

Не допускайте попадание посторонних предметов внутрь изделия через отверстия в аккумуляторном отсеке, оберегайте изделие от ударов, пыли и сырости.

OLED-дисплей изготовлен с использованием высокоточной технологии. Тем не менее, на OLED-дисплее может быть несколько неработоспособных пикселей, на месте которых постоянно отображается черная или цветная точка, это не считается неисправностью и не влияет на изображение.

При загрязнении OLED-дисплея выключите изделие и осторожно протрите OLED-дисплей мягкой тканью, чтобы не поцарапать его.

Не допускайте попадания на дисплей агрессивных химических веществ, таких как кислоты, щелочи, растворители и т. п. и хранения изделия в местах, где они присутствуют.

Если Вы не планируете использовать изделие в течение продолжительного периода времени, извлеките элемент питания из аккумуляторного отсека.

Во избежание травм, не допускается доступ детей к изделию, а так же хранение и транспортирование без колпачка.

Общие сведения.




Нитрат-тестер предназначен для оценки (экспресс-анализа) содержания нитратов в свежих овощах и фруктах в домашних условиях.

Анализ производится на основе измерения проводимости переменного высокочастотного тока в измеряемом продукте.

Нитрат-тестер представляет собой прибор весом 105 грамм, легко и удобно помещающийся в руке.

Прибор оснащен цветным OLED дисплеем, позволяющим легко, без напряжения глаз, рассмотреть информацию, как в темном помещении, так и при ярком освещении. Разрешение дисплея 160x128 точек. На экране размещается до 8 текстовых строк.

Под дисплеем расположены три навигационные кнопки:

-  «пролистывание»,
-  «Выполнить»,
-  «Отмена/Включить/Выключить».

В нижней части расположен съемный колпачок, защищающий пользователя от случайных соприкосновений с острым измерительным зондом.


Контакт с анализируемым продуктом производится с помощью измерительного зонда, расположенного под колпачком.


С нижней { обратной) стороны расположен батарейный или аккумуляторный отсек. Питание нитрат-тестера осуществляется от аккумуляторной батареи. В комплект поставки входит зарядное устройство.

Включение


Для долгой и непрерывной работы нитрат-тестера « СОЕКС» предназначена - аккумуляторная батарея Li-Ion из комплекта поставки.

Если аккумуляторная батарея разряжена -зарядите ее с помощью зарядного устройства. Для этого вставьте зарядное устройство в зарядное гнездо расположенное справа в верхней части от лицевой стороны прибора.(изображение) Для зарядки используйте домашнюю розетку с напряжением 220 Вольт.


Если удерживать в нажатом состоянии кнопку ,то прибор включится. При включении демонстрируется в течение 3 секунд заставка производителя.



Ну и наконец, появляется главное меню нитрат-тестера:



Выключение

Прибор автоматически выключается сам через время, заданное в меню: «Настройки  Авто Выкл.» Данный параметр в секундах задает время, через которое автоматически произойдет выключение нитрат-тестера при отсутствии нажатий на любую кнопку.

По другому можно выключить нитрат-тестер непрерывно удерживая кнопку <Ф> в течение 1-й секунды.

При отсутствии необходимости в использовании нитрат-тестера, рекомендуется извлекать из него элемент питания. В случае постоянного использования прибора извлекать аккумуляторную батарею не обязательно.

Состояние элементов питания

В режиме отображения меню в правом верхнем углу экрана изображен символ элемента питания



, по которому можно определить остаток заряда батарей. Размер заливки прямоугольника пропорционален напряжению на батарейках (аккумуляторе), цвет определяет состояние батарей (аккумулятора):

зеленый цвет обозначает, что батарейки (аккумулятор) "свежие" и пригодны к использованию;

желтый цвет говорит о том, что батарейки истощены, но еще поработать немного смогут, если в Вашей модели установлен аккумулятор, то его лучше подзарядить;

красный цвет заливки обозначает что батареи или аккумулятор истощены, результаты измерения могут быть недостоверными, требуется замена батарей или срочная зарядка аккумулятора.

Меню

В режиме отображения меню экран разделяется на три части:

Верхняя часть экрана - информационная. Тут отображается текущий уровень меню, состояние батарей (аккумулятора).

Средняя часть экрана - собственно само меню. В левом столбце стрелка указатель текущего элемента



, справа стрелка-указатель





наличия подменю либо выполнения указанной






функции.

Нижняя часть - вспомогательная. Тут отображается назначение кнопок, а справа - нажатая в данный момент кнопка.


Три части экрана разделены строками разделителями . Если есть часть меню, не отображенная на экране, то в верхней строке разделителе или в нижней строке разделителе появится соответствующий указатель, например как изображено на рисунке:



Для пролистывания меню необходимо нажимать кнопку .
 Для перехода в подменю или для выполнения указанной функции нужно нажать кнопку .
 Для перехода на предыдущий уровень меню необходимо нажать кнопку .

Содержание меню.

Содержание меню в древовидной форме




Измерение содержания нитратов

Для проведения измерения содержания нитратов в овощах, фруктах или других продуктах выполните следующие действия:

1) Выберите проверяемый продукт. Он должен быть чистым, без грязи на поверхности. Мыть продукт нужно без использования моющих средств, а только простой чистой водой. Продукт не должен быть подпорченным гнилью, на поверхности не должно быть следов от ударов или укусов грызунов. Продукт не должен быть высохшим, должен иметь здоровый, аппетитный вид. Можно использовать срезы продуктов, но срез должен быть свежим, сроком не более 15 минут.

2) Выберите проверяемый продукт с помощью меню <Измерение>.




Доступные для анализа содержания нитратов продукты перечислены в таблице.


| № | Продукт | Норма ПДК | Обозначение в меню |
|----|------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Абрикос | 60 | Абрикос |
| 2 | Арбуз | 60 | Арбуз |
| 3 | Банан | 200 | Банан |
| 4 | Баклажан | 300 | Баклажан |
| 5 | Виноград | 60 | Виноград |
| 6 | Груша | 60 | Груша |
| 7 | Зелень | 2000 | Зелень |
| 8 | Дыня | 90 | Дыня |
| 9 | Капуста ранняя | 900 | Капуста Р |
| 10 | Капуста поздняя | 500 | Капуста П |
| 11 | Кабачок | 400 | Кабачок |
| 12 | Картофель | 250 | Картофель |
| 13 | Клубника | 100 | Клубника |
| 14 | Лук(реп) | 80 | Лук реп. |
| 15 | Лук(зел) | 600 | Лук зел. |
| 16 | Манго | 60 | Манго |
| 17 | Морковь ранняя | 400 | Морковь Р |
| 18 | Морковь поздняя | 250 | Морковь П |
| 19 | Нектарин | 60 | Нектарин |
| 20 | Огурец грунтовой | 300 | Огурец грунтовой |
| 21 | Перец(сладкий) | 200 | Перец сл. |
| 22 | Персик | 60 | Персик |
| 23 | Помидор | 250 | Помидоры |
| 24 | Редис | 1500 | Редис |

| | | | |
|----|-----------------|------|-----------------|
| 25 | Редька | 1000 | Редька |
| 26 | Салат | 2000 | Салат |
| 27 | Свекла | 1400 | Свекла |
| 28 | Хурма | 60 | Хурма |
| 29 | Яблоко | 60 | Яблоко |
| 30 | Цитрусовые | 300 | Цитрусовые |
| 31 | Свежее мясо | 200 | Мясо |
| 32 | Прочие продукты | 200 | Прочие продукты |

На некоторые виды продуктов нормы ПДК (ПДК - предельно допустимой концентрации) не установлены. В таком случае проводите измерения выбрав строку «Прочие продукты». Так Вы можете проверить ананас, алычу, киви, многие экзотические фрукты и овощи. Наш прибор измеряет количество нитратов на килограмм массы во всех свежих овощах и фруктах. Во время выбора продукта для измерения, прибор вводит данные норм ПДК, и на основе этого пользователь получает рекомендации по качеству продукта. Безопасным для взрослого человека является употребление 200-300 мг нитратов в сутки. Токсической дозой является употребление 600-700 мг нитратов в сутки. Следовательно, получив при измерении арбуза значение 350мг на кг нужно понимать, что употребив 2кг арбуза такого качества, человек рискует получить токсическое отравление. Напомним, что ПДК для арбуза является 60мг на кг. Необходимо помнить, что некоторые продукты такие как свекла, редис, укроп, листовые салаты имеют из-за своих особенностей высокие нормы ПДК. Так для свеклы он составляет 1400 мг на кг. Если Вы употребляете такие продукты в большом количестве то помните о безопасных нормах приведенных выше.


Пример: при измерении свеклы прибор показал 1000 мг нитратов на кг. Это является нормой для продукта, но без вреда для здоровья можно употребить 200 граммов подобной свеклы. Для детского питания существуют другие нормы, так как детский организм наиболее подвержен вредному воздействию нитратов. Так, для детей младшего возраста безопасным является употребление до 10 мг в сутки, для более старших - до 50 мг.


3) После выбора продукта на экране должен появиться текст: «Убедитесь, что зонд не воткнут в проверяемый продукт и нажмите ».




4) Протрите проспиртованным тампоном зонд.

5) Протрите насухо салфеткой зонд.

6) Нажмите кнопку . При этом начнется подготовка к измерениям (самокалибровка).




7) и дождитесь появления приглашения к дальнейшим действиям: «Воткните зонд в продукт [например картофель] Нажмите ». Во время ожидания на экране будет присутствовать текст «Подождите, идет подготовка к измерениям». В это время прикасаться к щупу запрещено.




8) Воткните зонд в проверяемый продукт. Втыкать зонд необходимо максимально перпендикулярно плоскости продукта, желательно, в направлении к его центру. Не нужно вертеть зондом внутри продукта, давить на продукт. Глубина ввода зонда может быть от 10 мм до полного погружения в проверяемый продукт. Заостренный конец зонда не должен выходить наружу из продукта со стороны, противоположной месту ввода в испытуемое тело. Коней зонда не должен попадать в зону созревания семени, в район косточки, во внутренние пустоты, а должен находиться в равномерной мягкой сочной массе продукта, наиболее часто употребляемой в пищу.

ПРИМЕЧАНИЕ: не используйте повторно отверстие, оставленное в проверяемом продукте в результате втыкания в него зонда нитрат-тестера или других предметов.

9) Нажмите кнопку  (Меню). При этом начнется процесс измерения.



10) Дождитесь появления результатов измерений. Во время ожидания на экране должен присутствовать текст: «Подождите, идет измерение». В это время нельзя шевелить зондом внутри продукта.



11) Запомните результаты измерения. Кроме цифрового значения увидите одну из четырех надписей:

Содержание нитратов в норме:

«Содержание нитратов в норме»

Повышенное содержание нитратов:

«Незначительное превышение нормы»

Недопустимая концентрация нитратов:

«Недопустимая концентрация нитратов»

12) Выньте зонд из испытуемого продукта.

13) Нажмите кнопку  для возврата в меню.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время измерений долго не нажимать на клавиатуру, то прибор автоматически выключится.

Маркировка и пломбирование

На корпусе изделия нанесено наименование изделия.

Заводской номер и дата выпуска находятся в батарейном отсеке под аккумулятором.

Изделие предприятием-изготовителем не пломбируется.

Упаковка

Упаковка обеспечивает сохранность изделия при транспортировке и хранении при нормальных климатических условиях.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия в упаковке может производиться любым видом транспорта на любое расстояние.

При транспортировании изделия необходимо обеспечить защиту его от атмосферных осадков.

Условия транспортирования изделия в упаковке должны соответствовать:

- температура окружающей среды от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$;
- относительная влажность при температуре $+25^{\circ}\text{C}$ не более 80%.

Изделие до введения в эксплуатацию следует хранить на складе в упаковке предприятия изготовителя при температуре окружающей среды от -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 80% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$. Хранить изделие без упаковки не допускается.

Изделие, находящееся при температуре ниже 0°C , оно должно быть выдержано при комнатной температуре в течении 2 часов перед вскрытием упаковки и вводом его в эксплуатацию.

Техническое обслуживание

- Техническое обслуживание предусматривает:
- удаление пыли с наружной поверхности изделия;
- при индикации заряда батарей красным или желтым цветом подзарядку аккумулятора;
- при длительном перерыве (более 2-х недель) в эксплуатации изделия аккумулятор должен быть извлечен;
- протирать дисплей только мягкой тканью.
-

Не допускается попадание посторонних предметов внутрь изделия через аккумуляторный отсек.

Комплектность

Изделие поставляется в следующей комплектации:

| | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Нитрат-тестер СОЭКС (НУК-019-2) | 1 шт. |
| 2. Колпачок | 1 шт. |
| 3. Чехол | 1 шт. |
| 4. Зарядное устройство | 1 шт. |
| 5. Аккумулятор Li-Ion | 1 шт. |
| 6. Паспорт | 1 шт. |

Свидетельство о приемке и продаже

Нитрат-тестер СОЭКС заводской №

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | - | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

соответствует НУЛС.414313.000ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, мер предосторожности, правил хранения и транспортирования, изложенных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть, а при поставках для вне рыночного потребления - с получения потребителем. В случае обнаружения неисправностей в изделии, гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого изделие находилось на гарантийном ремонте и не могло использоваться потребителем.

Для Вашего удобства мы рекомендуем Вам перед обращением за гарантийным ремонтом внимательно ознакомиться с правилами, изложенными в настоящем паспорте,

Настоящая гарантия не распространяется на изделие, если:

- серийный номер изделия не соответствует номеру в гарантийном талоне;
- гарантийные талоны отсутствуют или не могут идентифицированы из-за повреждения, или имеют исправления, подчистки, помарки;
- нарушились правила и ограничения условий транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенные в данном паспорте;
- нарушения в работе изделий возникли в результате действия третьих лиц или непреодолимой силы;
- изделие или его составные части имеют следы ударов или иного механического воздействия (царапины, трещины, сколы, незакрепленные детали внутри корпуса изделия, цветные пятна на дисплее и т.д.);
- неисправности возникли в результате попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых; изделие подвергалось разборке, несанкционированному ремонту или попыткам к этому.