APEXMED INTERNATIONAL

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

МОЧЕПРИЕМНИК ДЕТСКИЙ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Предназначен для сбора мочи на анализ

- изготовлен из прозрачного полиэтилена
- снабжен специальным гипоаллергенным липким фиксирующим устройством
- объем мешка 100 мл
- имеет боковую градуировку от 10 до 100 мл
- цена деления 10 мл
- индивидуальная стерильная упаковка
- стерилизован оксидом этилена



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- для однократного применения
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- хранить при температуре от -30 до +45°C
- обработка и утилизация изделия в установленном порядке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- освободить мочеприемник от стерильной упаковки
- снять защитную бумажную ленту с фиксирующего липкого слоя
- приклеить мочеприемник к половому органу ребенка, мошонку поместить внутрь мочеприемника
- после сбора мочи снять мочеприемник
- отрезать уголок мочеприемника и слить мочу в емкость для транспортировки

ВНИМАНИЕ!

Не оставлять прикрепленным мочеприемник более 1 часа. В случае, если не удалось собрать мочу в течение 1 часа, снять мочеприемник и использовать новый

REF.	Каталожный номер		Для одноразового использования
MFD	Дата производства		Смотрите инструкцию
EXP	Использовать до	STERILE EO	Стерилизовано оксидом этилена
LOT	Номер партии		

Рег. уд. № ФСЗ 2008/02860 от 20.11.2008

Производитель: "Апексмед Интернэшнл Б.В."
Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS, Амстердам, Нидерланды

ИМ15 1023

APEXMED INTERNATIONAL

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

МОЧЕПРИЕМНИК ДЕТСКИЙ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Предназначен для сбора мочи на анализ у детей раннего возраста

- изготовлен из прозрачного полиэтилена
- снабжен специальным гипоаллергенным липким фиксирующим устройством
- объем мешка 100 мл
- имеет боковую градуировку от 10 до 100 мл
- цена деления 10 мл
- индивидуальная стерильная упаковка
- стерилизован оксидом этилена



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- для однократного применения
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- хранить при температуре от -30 до +45°С
- обработка и утилизация изделия в установленном порядке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- освободить мочеприемник от стерильной упаковки
- снять защитную бумажную ленту с фиксирующего липкого слоя
- приклеить мочеприемник к половому органу ребенка
- после сбора мочи снять мочеприемник
- отрезать уголок мочеприемника и слить мочу в емкость для транспортировки

ВНИМАНИЕ!

Не оставлять прикрепленным мочеприемник более 1 часа. В случае, если не удалось собрать мочу в течение 1 часа, снять мочеприемник и использовать новый

REF.	Каталожный номер		Для одноразового использования
MFD	Дата производства		Смотрите инструкцию
EXP	Использовать до	STERILE EO	Стерилизовано оксидом этилена
LOT	Номер партии		

Рег. уд. № ФСЗ 2008/02860 от 20.11.2008

Производитель: "Апексмед Интернэшнл Б.В."
Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS, Амстердам, Нидерланды

ИМ15 1023

APEXMED INTERNATIONAL

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

МОЧЕПРИЕМНИК ДЕТСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Предназначен для сбора мочи на анализ у детей раннего возраста

- универсален для мальчиков и для девочек
- изготовлен из прозрачного полиэтилена
- снабжен специальным гипоаллергенным липким фиксирующим устройством
- имеет боковую градуировку от 10 до 100 мл. Цена деления 10 мл
- индивидуальная стерильная упаковка
- стерилизован оксидом этилена



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- для одноразового использования
- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- хранить при температуре от -30 до +45°C
- обработка и утилизация детского мочеприемника в установленном порядке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МОЧЕПРИЕМНИКА ДЕТСКОГО

- освободить мочеприемник от стерильной упаковки
- снять защитную бумажную ленту с фиксирующего липкого слоя
- приклеить мочеприемник к половому органу ребенка (у мальчиков мошонку поместить внутрь мочеприемника)
- после сбора мочи снять мочеприемник
- отрезать уголок мочеприемника и слить мочу в емкость для транспортировки

ВНИМАНИЕ! Не оставлять прикрепленным мочеприемник более 1 часа. В случае, если не удалось собрать мочу в течение 1 часа, снять мочеприемник и использовать новый

REF.	Каталожный номер		Для одноразового использования
MFD	Дата производства		Смотрите инструкцию
EXP	Использовать до	STERILE EO	Стерилизовано оксидом этилена
LOT	Номер партии		

Рег. уд. № ФСЗ 2008/02860 от 20.11.2008

Производитель: "Апексмед Интернэшнл Б.В."
Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS, Амстердам, Нидерланды

ИМ15 1023