APEXMED INTERNATIONAL

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

КАЛОПРИЕМНИК ОПОРОЖНЯЕМЫЙ

Предназначен для пациентов с колостомой или илеостомой диаметром от 30 до 60 мм. Рекомендуется применять при сформированной стоме

- изготовлен из запахонепроницаемого поливинилхлорида
- размер емкости: длина 25 см, ширина 14,5 см
- опорожняемый
- размер адгезивной пластины 10х10 см
- диаметр отверстия от 30 до 60 мм
- трафарет на клеевой пластине
- прозрачный
- текстурированый
- запорный механизм в виде пластиковой защелки
- адгезивный слой нанесен на флизелиновую основу

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- стерильный
- для одноразового использования (приклеивать 1 раз)
- перед использованием выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- хранить при температуре от -30 до +45°С
- обработка и утилизация изделия в установленном порядке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. тщательно вымыть кожу вокруг стомы теплой водой с нейтральным мылом, очистить от волос и остатков клеевого слоя
2. по нанесенному на бумажное покрытие шаблону со стандартными отверстиями подобрать размер отверстия, соответствующий диаметру стомы (можно воспользоваться зеркалом)
3. если стома имеет неправильную форму - изменить форму отверстия в трафарете с помощью ножниц (желательно использовать ножницы с закругленными тупыми концами)
4. размер вырезанного отверстия должен на 3-4 мм превышать размер стомы
5. вырежьте отверстие в клеевом слое по нанесенному контуру, следя, чтобы не прорезать калоприемник насквозь
6. у лежачих пациентов нижний конец калоприемника должен быть направлен не к ногам, а к спине
7. снять защитное бумажное покрытие с нанесенной разметкой
8. совместите нижний край вырезанного отверстия с нижней границей стомы (можно использовать зеркало)
9. приклеить калоприемник к коже начиная с нижнего края пластины, следя, чтобы на клейком участке не образовались складки (не герметичность калоприемника)!
10. прижать рукой край отверстия к коже, прилежащей к стоме, на 1 мин
11. снимают калоприемник в обратном порядке, начиная с верхнего края

ВНИМАНИЕ! Не допускать попадания воды в верхнюю часть пакета во избежание ее проникновения под клеевой слой - это ведет к преждевременному отклеиванию калоприемника.

Калоприемник наклеивается на кожу только 1 раз, повторное его использование не допускается.

Если под клеевым слоем возникло ощущение жжения, надо немедленно снять калоприемник, так как, возможно, возникла аллергическая реакция.

Регулярно опорожняйте калоприемник! Обычно калоприемник опорожняют при заполнении на 1/3-1/2 объема. Несоблюдение этого правила может привести к попаданию содержимого под клеевой слой и отклеиванию калоприемника.

Для предупреждения травмирования кожи не снимать калоприемник рывком, с использованием механических средств или химических растворителей.



1. Мешок-емкость; 2. Адгезивный слой; 3. Трафарет; 4. Защелка

REF.	Каталожный номер
MFD	Дата производства
EXP	Использовать до
LOT	Номер партии
STERILE EO	Стерилизовано оксидом этилена
NON TOXIC	Не токсично
PYROGEN FREE	Апирогенно
②	Для одноразового использования
⚠	Смотрите инструкцию

РУ № ФСЗ 2009/05780 от 18.12.2009

Производитель: Цзянсу Кайшоу Медикал Аппаратус Ко., Лтд.
Адрес: Саньхэкоу, Цзяоси Уцзынь, Чанчжоу, Цзянсу, КНР
По заказу «Апексмед Интернэшнл Б.В.»
Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS, Амстердам, Нидерланды

ИМ15